

**Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 20072000058/62
на право заключения договора на поставку медицинского изделия
(маммограф электроимпедансный многочастотный)
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

Способ закупки	Запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: railwayhospital@mail.ru , rgdmzakup39@mail.ru тел./факс 8 (4012) 60-13-53 8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Поставка медицинского изделия (маммограф электроимпедансный многочастотный) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет 699 900,00 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя стоимость товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика.
Сроки и Условия поставки и оплаты Товара	Поставка товара осуществляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней, включая срок доставки товара до склада Покупателя, в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Оплата Товара производится Покупателем в следующем порядке: 20% от стоимости товара в течение 20 дней с момента его поставки после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12), 80% с отсрочкой платежа согласно графику (приложение к техническому заданию) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и подведения итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в кабинете № 424 Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»; Дата и время начала подачи заявок: 21.08.2020 г. 16:00; Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30; Дата и время окончания подачи заявок: 27.08.2020 г. 16:00; Дата и время вскрытия конвертов: 27.08.2020 г. 16:10.
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора процедуры закупки.

Главный врач



Л.М. Сиглаева

Приложение №1
котировочной документации

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»
Л.М. Сиглаева
М.П.



**Техническое задание
на поставку медицинского изделия (маммограф электроимпедансный
многочастотный) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

№ п/п	Технические характеристики		Соответствие требованиям
1. Назначение			
1	Диагностика патологических изменений тканей молочной железы и других приповерхностных областей тела человека путем оценки относительного изменения электропроводности биологических тканей в поперечных сечениях исследуемого органа на различных частотах и визуализации картины распределения электропроводности на экране монитора ПК	Наличие	соответствует
2. Особенности			
2.1	Возможность исследовать молочную железу сразу с периода половозрелости, без ограничения по возрасту	Наличие	соответствует
2.2	Возможность выводить в цифровом формате информацию: электрическая проводимость, сопротивление и гистограмма	Наличие	соответствует
2.3	Количество поперечных плоскостей сканирования молочной железы (томографических срезов)	Не менее 7	соответствует
2.4	Диапазон глубины томографического сканирования	Не менее 0,4 - 5 см	соответствует
2.5	Диагностика как онкологических, так и неонкологических заболеваний молочных желез.	Наличие	соответствует
2.6	Возможность дифференцированной диагностики кистозной и бескистозной форм мастопатии	Наличие	соответствует
2.7	Подтверждение визуальных изменений на томограммах количественными характеристиками электропроводности исключает элемент субъективной оценки в постановке диагноза.	Наличие	соответствует
2.8	Визуальная оценка изображений, полученных на различных глубинах сканирования: - определение локальной симптоматиологии, - определение глубины, - определение локальной электрический проводимости	Наличие Наличие Наличие	соответствует
2.9	Фильтрация изображений и выделение границ исследуемых зон	Наличие	соответствует

2.10	Анализ распределения электрической проводимости в режиме двойного окна: - средняя величина, - стандартное отклонение, - максимальное и минимальное значение	Наличие Наличие Наличие	соответствует
2.11	Сравнительный анализ распределения электрической проводимости в тканях здоровой и исследуемой желёз.	Наличие	соответствует
2.12	Автоматический анализ данных и оценка вероятности наличия злокачественной опухоли.	Наличие	соответствует
2.13	Чувствительность	Se = 85%	соответствует
2.14	специфичность	Sp = 72%	соответствует
2.15	точность	As = 73%	соответствует
3. Общие требования			
3.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие	соответствует
3.2	Сертификат соответствия	Наличие	соответствует
3.3	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	соответствует
3.4	Обучение специалиста (цикл - 144 часа, курс - "биомедицинская техника") на базе государственного медицинского ВУЗа, с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца	Наличие	соответствует
3.5	Создание, хранение, передача и визуализация изображений и документов обследованных пациентов в стандарте DICOM	Наличие	соответствует
3.6	Упаковка оборудования по классу защиты IP6 по ГОСТ 14254-96	Наличие	соответствует
3.7	Гарантийный срок	Не менее 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию	соответствует
3.8	Потребность в регламентном техническом обслуживании лицензированным предприятием	Нет	соответствует
3.9	Год выпуска	Не ранее 2019	2019
4. Технические характеристики			
4.1	Измерительный блок со встроенной микропроцессорной управляющей системой	Наличие	соответствует
4.2	Количество электродов в матрице	Не менее 256	соответствует
4.3	Компьютерная реконструкция трехмерных распределений электропроводности в виде томографических сечений на разной глубине	Наличие	соответствует
4.4	Первая рабочая частота измерения электропроводности	50 кГц.	соответствует
4.5	Вторая рабочая частота измерения электропроводности	10 кГц	соответствует
4.6	Напряжение на электродах измерительного блока	Не более 12 В	соответствует
4.7	Ток измерения	Не более 1 мА	соответствует

4.8	Переходное сопротивление электрод-кожа, вызывающее сигнализацию "плохой контакт",	Не менее 20 кОм	соответствует
4.9	Время выполнения одного цикла измерения.	Не более 25 сек.	соответствует
4.10	Время обследования,	Не более 15 мин.	соответствует
5. Энергопотребление, габариты и вес			
5.1	Габаритные размеры измерительного блока маммографа	Не более 205 x 155 x 105 мм.	соответствует
5.2	Энергоснабжение прибора осуществляется	Через стандартный USB-порт ПК постоянным током номинальным напряжением 5 В	соответствует
5.3	Ток, потребляемый маммографом от USB-порта,	Не более 0.4 А.	соответствует
5.4	Продолжительность непрерывной работы маммогрфа,	Не менее 8 часов	соответствует
6. Требования к персональному компьютеру			
6.1	Оперативная память	не менее 2 Gb	соответствует
6.2	Монитор жидкокристаллический плоский	диагональ не менее 15 дюймов	соответствует
6.3		объемом не менее 500 Gб	соответствует
6.4	USB - порт	не менее 3-х	соответствует
6.5	Предустановленная лицензионная операционная система (ОС),совместимая с программным обеспечением (ПО)	наличие	соответствует

График
оплаты поставки медицинского изделия (маммограф
электроимпедансный многочастотный)

№ п/п	месяц	Сумма платежа	
1	1 месяц	20 % от суммы договора	
2	2 месяц	20 % от суммы договора	
3	3 месяц	20 % от суммы договора	
4	4 месяц	20 % от суммы договора	

Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»
Л.М. Сиглаева
м.п.

договора с описанием

я

Л.М. Сиглаева
М.П.
с описанием

1.	Заказчик	ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»
2.	Предмет закупки	Поставка медицинского изделия (маммограф электроимпедансный многочастотный)
3.	Наименование закупаемой продукции	Поставка медицинского изделия (маммограф электроимпедансный многочастотный)
4.	Метод расчета начальной (максимальной) цены договора	Метод сопоставимых рыночных цен
5.	Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора	Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены
6.	Перечень значений ценовой информации, использованной в расчете	
6.1.	Поставщик № 1	699 900,00
6.2.	Поставщик № 2	710 000,00
6.3.	Поставщик № 3	899 000,00
7.	Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции (по минимальной цене коммерческого предложения)	699 900,00
8.	Количество закупаемой продукции	В соответствии с техническим заданием
9.	Значение начальной (максимальной) цены договора	699 900,00

Исп. Т.А. Мисюрева
Тел.: 8 (4012) 601 931